ペン型COVID-19唾液抗原検査キット簡易取り扱い説明書

210825

型番:BSV-COV-2PEN

ご注意事項

- **検査前30分は、飲食、喫煙、歯磨きを避けて下さい。**
- キットが個包装されているパウチの袋に破損がある場合や、袋の開封時期が不明なものは使用しないでください。

テスト手順

①使用前に、デバイスを室温（18～30℃）になじませます。

②パッケージから、唾液採取ペンと抽出バッファーキャップを取り出します。

③ペンに被験者名をラベルします。

④痰を切ってから、サンプルを採取する前に、口を閉じた状態で4回深く咳をします。

⑤唾液採取ペンのスワブカバーを取り外します。

⑥カバーを外したペン先を口に含んで舌の上に置き、2分間保持します。

⑦ペンを口から取り出し、ペン先を下にして垂直にします。

⑧ペン先をバッファーキャップに突き刺し、シールを破って溶液に浸します。

⑨シールを破った直後にタイマーを起動し、15分後に結果を確認します。

本キットの使用イメージ





【検査無効（左の図）となる原因】

- 検体（唾液）量の不足

対処法）手順⑧で、バッファーキャップへの差し込み不足 – シールが破れる手ごたえを感じるまで差し込むことが必要です。

- 検査キットの期限切れ

※詳細は同梱されている英文のガイドをご覧ください。

【はじめにお読みください】
・本製品は、医薬品医療機器等法に定められた体外診断用医薬品ではなく、疫学調査等のための試験研究を目的とするものであり、新型コロナウイ ルス感染症の診断を行うことを目的とするものではありません。
・本キットの検査精度は100%ではありません。
・ご購入済みの本製品についてのお問い合わせを頂く際は、「ご所属の会社名または団体名」をお知らせの上、製品のロット番号をご用意の上お問い合わせください。ロット番号は製品外箱とキットの個包装パッケージに記載されております。

株式会社エムエステクノシステムズ

■東日本 〒162-0805
東京都新宿区矢来町113番地
TEL (03)3235-0673 FAX (03)3235-0669
■西日本 〒532-0005
大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号
TEL (06)6396-6616 FAX (06)6396-6644
e-mail: technosales@technosaurus.co.jp
URL: http://www.mstechno.co.jp

※本製品は研究用です。研究用途以外には使用できません

●会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。
●本カタログ記載の規格・仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。